



Quelle allure pourrait prendre l'autodépistage du VIH au Canada?

AOÛT 2020

Rick Galli

*CIHR Centre for REACH
at St. Michael's Hospital*

Dr. Rosanna Peeling

*London School of Hygiene
and Tropical Medicine*

Webinaires – Joindre les personnes non diagnostiquées

Objectifs :

1. Décrire les autotests pour le VIH, leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients
2. Comprendre les valeurs et les préférences des personnes à risque et de leurs communautés, en ce qui concerne l'accès aux trousse d'autodépistage du VIH (ADVIH)
3. Remue-ménages : moyens de rendre les trousse d'ADVIH abordables
4. Explorer les options pour l'arrimage aux soins, optimisant les synergies entre les objectifs personnels de santé sexuelle et de bien-être, et les objectifs de santé publique de mettre fin à la transmission du VIH d'ici 2025 (une génération sans VIH)

Résultats escomptés :

- Politiques nationales et provinciales éclairées par les valeurs et préférences des communautés à risque
- Cocréation d'un plan de parcours pour progresser



Quelle allure pourrait prendre l'autodépistage du VIH au Canada?

AOÛT 2020

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Types d'autotests
- ✓ Avantages
- ✓ Exactitude
- ✓ Comment s'autodépister
- ✓ Utilisation de techno-logies
Web ou d'appis
- ✓ Arrimage aux soins

Qu'est-ce que l'autodépistage?

L'autodépistage du VIH (ADVHI) est un processus dans lequel une personne effectue elle-même son prélèvement (échantillon de liquide oral ou de sang), puis effectue un dépistage du VIH et en interprète le résultat, souvent dans un environnement privé, soit seule, soit avec une personne de confiance.


L'ADVHI s'est révélé constituer un moyen acceptable, sûr, précis et efficace pour joindre des personnes qui sont à risque mais qui pourraient autrement ne pas être dépistées.

En 2016, l'OMS a recommandé que l'autodépistage soit offert comme une approche additionnelle, en complément aux services existants de dépistage du VIH

40 pays ont signalé avoir mis en œuvre des politiques nationales sur l'autodépistage du VIH (ADVIH) *



Le Canada n'a toujours pas mis en œuvre de politique nationale sur l'ADVIH





**Des données de l’OMS indiquent
que l’accès au dépistage du VIH est
amélioré par :**

- *Des interventions menées par des pairs, en matière de de dépistage*
- *Des plateformes numériques offrant des vidéos d’information et de counseling*


Autodépistage *vs* autoprélèvement

Type de test	Lieu	Interprétation du résultat	Attente du résultat
Autodépistage	Chez soi	Avec ou sans assistance, à l'aide du guide fourni par le fabricant	1 à 20 minutes
Autoprélèvement	Chez soi	Laboratoire	1 à 3 semaines



Le parcours du premier autotest du VIH approuvé au Canada

Le MAP Centre for Urban Health Solutions et le Centre PRATICS 3.0 des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à l'Hôpital St. Michael's, de pair avec des organismes communautaires de santé à l'échelle du Canada, ont investi dans une initiative de science de la mise en œuvre pour l'approbation d'un premier autotest du VIH au Canada



Types d'autotests pour le VIH

- À partir de fluide oral (OraQuick) : approuvé par la FDA, marqué CE, préqualifié par l'OMS, licence au Canada attendue en 2021.
- À partir de sang (INSTI) : marqué CE, préqualifié par l'OMS, licence au Canada attendue en été 2020.
- Les deux sont offerts en version emballée dans une boîte et dans un sachet.





Comment fonctionne un autotest?

Introduction à l'autotest OraQuick VIH (fluide oral)


Détails sur l'autotest INSTI VIH (goutte de sang d'un doigt)

L'autotest OraQuick pour le VIH

- Ce test utilise du fluide oral pour y détecter la présence d'anticorps au VIH de type 1 et de type 2.
- Le test consiste à prélever un échantillon de fluide oral en frottant votre gencive supérieure et votre gencive inférieure au moyen du dispositif de test.
- Après le prélèvement de l'échantillon, vous insérez le dispositif dans la fiole fournie dans la trousse, qui contient une solution développante, vous attendez entre 20 et 40 minutes, puis lisez le résultat du dépistage.

OraQuick HIV-1/2 Testing Instructions

OraQuick Kit:



1. Swab once around the gums, both top and bottom



2. Make sure that the swab rubs against the base of the gums



3. Insert device into Vial; then set timer for 20 minutes




NEGATIVE RESULT



POSITIVE RESULT




INVALID RESULT



Control Bar → C
Test Bar → T

L'autotest INSTI pour le VIH

- Même plateforme de test rapide d'immunofiltration que le test homologué INSTI VIH au point de service, mais :
- Instructions simplifiées pour l'utilisation; et
- Sans pipette capillaire (on utilise plutôt une seule goutte de sang s'écoulant d'un doigt).



Aperçu de la trousse de test INSTI

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?

Le test utilise la même technologie d'analyse par immunofiltration pour détecter les anticorps au VIH-1 et aux VIH-2 dans une goutte de sang humain prélevé d'une piqûre à un doigt. Le test ne détecte pas le virus comme tel. Un point coloré sur le dispositif de test apparaîtra uniquement si des anticorps au VIH sont présents.

L'autotest INSTI® VIH est facile à réaliser et il est très précis, mais il ne fonctionnera correctement que si vous lisez attentivement le mode d'emploi et le suivez.



Le mode d'emploi de l'autotest INSTI VIH est fourni en français et en anglais au verso.

FRENCH

Autotest VIH
Mode d'emploi

Contenu

Pochette du dispositif de test Lancette Pansement Bouteilles 1, 2, 3

Préparation

Utilisez dans un endroit bien éclairé. Lavez et séchez vos mains.

Ouvrez la pochette du dispositif de test.

Placez le dispositif de test sur une surface plane.

Retirez le capuchon de la bouteille 1. Placez sur une surface plane.

AVERTISSEMENT : La bouteille 1 contient un liquide. Manipulez avec soins.

Ne convient pas aux utilisateurs :

- De moins de 18 ans
- Suivant un traitement antirétroviral (TAR)
- Ayant participé à une étude portant sur un vaccin contre le VIH
- Présentant un trouble de coagulation
- Ayant peur des aiguilles

Avant de commencer

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- N'utilisez pas après la date d'expiration indiquée sur l'emballage extérieur.
- N'utilisez pas le dispositif de test si la pochette a été endommagée.
- N'ouvrez pas la pochette avant de commencer le test.
- Laissez le test se réchauffer à la température ambiante s'il est conservé au réfrigérateur.

Scannez pour voir comment le test fonctionne. INSTI.com

Étape 1 : Prélever du sang

Si vous avez de la difficulté à prélever du sang, consultez la section Questions et réponses.

- Dévissez la pointe et mettez-la de côté.
- Frictionnez votre doigt et votre main **JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT TIÈDES.**
- Placez la lancette sur le côté du bout du doigt.
- Frictionnez votre doigt pour créer une **GROSSE** goutte de sang.
- Laissez **TOMBER** une goutte dans la bouteille 1. Vissez le capuchon de la bouteille 1.
- Appliquez un pansement adhésif.

COMPRENEZ FORTEMENT

Étape 2 : Test

- Agitez et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.
- Agitez et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse. **CONSEIL : Tapez doucement sur la bouteille 2 pour en faire sortir le liquide.**
- Agitez et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.

Étape 3 : Lecture du résultat

Lisez le résultat immédiatement.

Négatif

Le résultat de votre test de VIH est négatif. Le résultat peut être inexact si vous êtes impliqué(e) dans une activité à risque élevé de contracter le VIH au cours des trois derniers mois. **REFAITES UN TEST** dans trois mois.

Positif

La présence de deux points signifie que le résultat de votre test est positif. Vous êtes probablement séropositif (séropositive). Les résultats positifs **DOIVENT** être confirmés par un médecin.

Non valide

Votre test n'a pas fonctionné. Le point témoin doit apparaître pour indiquer que le test a été effectué correctement. **REPÉTEZ** le test avec une nouvelle trousse de test.

⚠ Un point pourrait être plus pâle que l'autre.
Dans de rares cas, un anneau bleu peut apparaître sur le point de test; c'est un résultat positif.

Usage prévu

L'Autotest VIH INSTI est un dosage immunologique in vitro pour la détection d'anticorps contre les virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et de type 2 (VIH-2) dans le sang total. Le test est destiné à être utilisé comme un autotest par des personnes de 18 ans et plus.

Mises en garde et précautions

- Les composants du test sont nocifs en cas d'ingestion en raison de la présence d'azide de sodium.
- Tous les échantillons de sang doivent être manipulés comme s'ils étaient susceptibles d'entraîner la transmission de maladies infectieuses.
- Nettoyer les déversements, et garder le test hors de portée des enfants.

Entreposage

- Entreposer dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec entre 2 et 30°C. **NE PAS CONGELER.**
- Ne pas entreposer à la lumière directe du soleil.
- Ne pas ouvrir la pochette du dispositif de test avant d'être prêt(e) à effectuer le test.

Élimination

Jeter avec les déchets ménagers ou en respectant la réglementation locale.

Questions et réponses

Questions d'ordre général

1. **Qu'est-ce que le VIH et le SIDA?**
Le VIH (virus d'immunodéficience humaine) est le virus responsable du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) s'il n'est pas traité. Lorsque une personne est infectée par le VIH, le virus commence à attaquer son système immunitaire, qui est la défense de l'organisme contre les maladies. En conséquence, cette personne devient plus sensible aux maladies et aux infections. Lorsque son organisme perd la capacité de lutter contre les maladies, cette personne reçoit un diagnostic de SIDA. Il n'y a pas de remèdes contre l'infection par le VIH. Le traitement contre le VIH est toutefois très efficace.

2. **Comment peut-on contracter le VIH?**
Le VIH se propage par contact avec le sang, le sperme, le liquide pré-éjaculatoire, le liquide rectal, les sécrétions vaginales ou le lait maternel d'une personne infectée. La transmission peut provenir de rapports sexuels non sécuritaires. Cela peut également résulter d'une exposition au sang par le partage de seringues ou d'aiguilles. Les femmes aux prises avec le VIH peuvent transmettre le virus à leurs bébés pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement maternel. Le VIH ne se transmet pas lorsque nous partageons des articles de tous les jours (comme de la nourriture, de la vaisselle, etc.) par la salive, un baiser anodin, la préparation de la nourriture ou par l'intermédiaire de piqûres d'insectes.

3. **Qu'est-ce qu'un anticorps?**
Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire de votre organisme en réaction à des microorganismes nuisibles comme des virus et des bactéries. Leur but est de défendre l'organisme contre l'infection.

4. **Comment l'Autotest VIH INSTI fonctionne-t-il?**
L'Autotest VIH INSTI est un test sanguin pour détecter les anticorps contre le VIH. Le résultat du test s'affiche avec un point (le point témoin) ou deux points (le point témoin et celui du test). Le point témoin est le point intégré qui sert à montrer que le test a été effectué correctement. Le point de test sera visible que si l'échantillon de sang contient des anticorps contre le VIH. Le test s'effectue en ajoutant un échantillon de sang dans la bouteille 1. Cet échantillon dilué est ensuite versé dans le dispositif de test, suivi des solutions dans les bouteilles 2 et 3, versées séquentiellement après que

chaque solution a été absorbée dans le dispositif de test. La procédure du test doit être complétée dans la séquence appropriée sans perte de temps entre les étapes.

5. **À quel point le test est-il précis?**
D'après une étude canadienne sur le test de détection des anticorps INSTI VIH-1/2, INSTI a démontré :
» Une sensibilité clinique de 99,6%, ce qui signifie qu'en moyenne 996 résultats positifs sur 1 000 seront corrects.
» Une spécificité clinique de 99,3%, ce qui signifie qu'en moyenne 993 résultats négatifs sur 1 000 seront corrects.
Dans une autre étude canadienne menée par des utilisateurs inexpérimentés, le pourcentage de concordance positif était de 100%. Cela signifie que tous les vrais sujets anticorps anti-VIH ont été identifiés comme positifs par l'autotest VIH INSTI. Le pourcentage de concordance négatif dans cette étude était de 99,5%, ce qui signifie que 614/617 vrais sujets séronégatifs ont été identifiés comme négatifs par l'autotest VIH INSTI.

6. **Qu'est-ce qu'un résultat faussement positif?**
Un résultat est faussement positif si le point de test est positif, mais que le statut réel de la personne quant au VIH est négatif (pas infectée par le VIH).

7. **Qu'est-ce qu'un résultat faussement négatif?**
Un résultat est faussement négatif quand le résultat du test est négatif, mais que le statut réel de la personne quant au VIH est positif (infectée par le VIH).

8. **À partir de quand ce test peut-il détecter le VIH?**
Selon les études effectuées par bioLytical, l'INSTI est efficace pour la détection du VIH de troisième génération et détecte les anticorps des classes IgM et IgG. Les anticorps IgM sont les premiers anticorps produits par l'organisme après une infection au VIH et peuvent être détectés dans les 21 à 22 jours suivant l'infection. Cependant, en fonction de la rapidité avec laquelle le système immunitaire d'une personne produit des anticorps contre le VIH après qu'elle a été infectée, il faut parfois attendre jusqu'à trois mois avant d'obtenir un résultat positif. Si vous pensez que vous avez été exposé(e) au VIH au cours des trois derniers mois et que vos résultats sont négatifs, vous devez effectuer un autre test au moins trois mois après votre exposition. Le délai entre l'infection par le VIH et le moment où un test peut donner correctement un résultat positif est appelé « fenêtre sérologique ».

À propos du test

1. **Comment l'Autotest VIH INSTI fonctionne-t-il?**
L'Autotest VIH INSTI est un test sanguin pour détecter les anticorps contre le VIH. Le résultat du test s'affiche avec un point (le point témoin) ou deux points (le point témoin et celui du test). Le point témoin est le point intégré qui sert à montrer que le test a été effectué correctement. Le point de test sera visible que si l'échantillon de sang contient des anticorps contre le VIH. Le test s'effectue en ajoutant un échantillon de sang dans la bouteille 1. Cet échantillon dilué est ensuite versé dans le dispositif de test, suivi des solutions dans les bouteilles 2 et 3, versées séquentiellement après que

chaque solution a été absorbée dans le dispositif de test. La procédure du test doit être complétée dans la séquence appropriée sans perte de temps entre les étapes.

9. **Comment puis-je m'assurer d'obtenir assez de sang?**
Avant de commencer le test, détendez-vous et buvez un verre d'eau. Réchauffez vos mains. Placez votre main plus basse que le niveau de la taille pour favoriser la circulation sanguine. Avant d'utiliser la lancette, cherchez un endroit sur le côté du bout du doigt qui est lisse et sans callosités, loin de l'ongle.

10. **Le contenu de la bouteille 1, de la bouteille 2 ou de la bouteille 3 n'est pas absorbé dans le dispositif de test. Il est très rare que cela se produise, mais si c'est le cas, vous ne serez pas en mesure de terminer la procédure du test et de lire le résultat. Vous devez effectuer un autre test. Dans certains cas, les échantillons peuvent prendre plus de temps que la normale pour s'écouler à travers le dispositif de test. Ceci est dû à des facteurs variables, comme les éléments cellulaires dans l'échantillon de sang total. Le non-respect des mode d'emploi peut entraîner une fuite et/ou un débordement de liquides du dispositif de test.**

11. **Que se passe-t-il si je renverse une partie du contenu de la bouteille 1, de la bouteille 2 ou de la bouteille 3 en dehors du dispositif de test?**
Continuez la procédure du test. Tant que le point témoin affiche un point visible après avoir versé la bouteille 3 dans le dispositif de test, le résultat du test est valide.

12. **Comment savoir si mon test a été effectué correctement?**
L'Autotest VIH INSTI a un point témoin intégré pour montrer que le test a été effectué correctement et que vous avez ajouté le type d'échantillon approprié et la bonne quantité de sang. Si le point témoin n'apparaît pas (résultat de test non valide), votre test n'a pas fonctionné. Il n'est pas possible de tirer des conclusions de ce résultat et vous devez effectuer un autre test. En cas de résultats non valides de manière répétée, consultez un médecin.

Résultat du test

Si vous n'êtes pas sûr(e) de votre résultat, vous devez vous adresser à un médecin pour effectuer d'autres tests. Quand le résultat est-il prêt à lire? Vous pouvez lire le résultat du test

Mise en garde. Nocif en cas d'ingestion.
Consultez le mode d'emploi d'usage unique. Ne pas réutiliser.
Utiliser avant le dispositif médical de diagnostic in vitro.
Stérilisation par irradiation.
Numéro de catalogue.
Numéro de lot.
Fabricant.

immédiatement ou dans l'heure qui suit la fin de la procédure du test. Assurez-vous que le point témoin est présent avant de lire votre résultat.

14. **J'ai utilisé le test, mais aucun point n'est apparu. Que dois-je faire?**
Assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat. Si aucun point n'est visible, vous n'avez peut-être pas effectué le test correctement ou vous n'avez peut-être pas recueilli suffisamment de sang. Vous devez effectuer un autre test.

15. **Que dois-je faire si le résultat est positif? Un résultat positif :**
Consultez un médecin dès que possible et informez-le que vous avez effectué un autotest pour le VIH. Tous les résultats positifs doivent être confirmés par un test de laboratoire. Le VIH est transmissible et vous pouvez aider à enrayer sa propagation. Il est fortement recommandé d'éviter les comportements sexuels à haut risque afin d'éviter de transmettre le VIH à votre partenaire.

16. **Qu'arrive-t-il après un résultat positif? Être infecté(e) par le VIH ne signifie pas que vous avez le SIDA. Il est peu probable que vous développiez le SIDA avec un diagnostic et un traitement précoces. Discutez des prochaines étapes avec votre médecin ou conseiller.**

17. **Que dois-je faire si le résultat est négatif? Un résultat négatif :**
Comme avec beaucoup de tests, il est possible que le résultat soit erroné. Si vous obtenez un résultat négatif, mais que vous avez été impliqué(e) dans une activité à risque élevée de contracter le VIH au cours des trois derniers mois, vous pourriez être dans ce qu'on appelle la « fenêtre sérologique » et il est recommandé de répéter le test à une date ultérieure.

18. **Le résultat du test peut-il être affecté par certains médicaments ou certaines maladies?**
» Lisez toujours le mode d'emploi du fabricant concernant tout médicament que vous prenez avant d'effectuer le test.
» Vous pouvez obtenir un résultat faussement négatif pour différentes raisons :
» Vous avez suivi un traitement antirétroviral à long terme.
» Vous êtes atteint(e) d'un trouble sanguin grave, comme un myélome multiple.
» Vous présentez un taux d'hémoglobine supérieur à la normale.

Fabriqués par :
bioLytical Laboratories, Inc.
406-13251 Delf Place
Richmond, BC, Canada V6V 2A2
Téléphone : +1 604 204-6784
www.biolytical.com

Autotest VIH INSTI 90-1046, 90-1053
51-1220(CrAfr) 24-July-2020
© Copyright 2020. Tous droits réservés

PRÉPARATION

Préparation



Utilisez dans un endroit bien éclairé. Lavez et séchez vos mains.

1



Ouvrez la pochette du dispositif de test.

2



Placez le dispositif de test sur une surface plane.

3




Retirez le capuchon de la bouteille 1. Placez sur une surface plane.

AVERTISSEMENT : La bouteille 1 contient un liquide. Manipulez avec soins.

Procédure du test : prélever une goutte de sang

Étape 1 : Prélever du sang

Si vous avez de la difficulté à prélever du sang, consultez la section Questions et réponses.



Dévissez la pointe et mettez-la de côté.



Frictionnez votre doigt et votre main **JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT TIÈDES.**



Placez la lancette sur **le côté** du bout du doigt.



Frictionnez votre doigt pour créer une **GROSSE** goutte de sang.



Laissez **TOMBER** une goutte dans la bouteille 1.
Vissez le capuchon de la bouteille 1.



Appliquez un pansement adhésif.

Procédure du test : effectuer le dépistage

Étape 2 : Test



Agitez et versez la totalité du liquide.
Attendez que tout le liquide
disparaisse.



Agitez et versez la totalité du liquide.
Attendez que tout le liquide disparaisse.
**CONSEIL : Tapez doucement sur la
bouteille 2 pour en faire sortir le liquide.**



Agitez et versez la totalité du liquide.
Attendez que tout le liquide
disparaisse.

Procédure du test : lire le résultat


Étape 3 : Lecture du résultat

Lisez le résultat
immédiatement.



Négatif

Le résultat de votre test de VIH est négatif. Le résultat peut être inexact si vous étiez impliqué(e) dans une activité à risque élevé de contracter le VIH au cours des trois derniers mois.
REFAITES UN TEST dans trois mois.



Positif

La présence de deux points signifie que le résultat de votre test est positif. Vous êtes probablement séropositif (séropositive). Les résultats positifs **DOIVENT** être confirmés par un médecin.



Non valide

Votre test n'a pas fonctionné. Le point témoin doit apparaître pour indiquer que le test a été effectué correctement.
RÉPÉTEZ le test avec une nouvelle trousse de test.

 **Un point pourrait être plus pâle que l'autre.**

Dans de rares cas, un anneau flou peut apparaître sur le point de test; c'est un résultat positif.

Le point de contrôle apparaîtra uniquement :

- 1) si la procédure de test a été suivie correctement
- 2) et si un échantillon adéquat de sang humain a été ajouté

L'autotest INSTI VIH est-il exact et acceptable entre les mains des utilisateurs visés?



L'essai clinique de l'autotest INSTI (fabriqué par la société canadienne bioLytical) a fourni des indicateurs statistiquement significatifs montrant que l'autotest est exact, acceptable et facile à utiliser par des utilisateurs (autotesteurs) de divers contextes et lieux. L'essai clinique a été réalisé en 2019/2020.

Exactitude comparée au test de laboratoire : > 99 %

Facilité d'utilisation variant entre 82 % et près de 100 %

Plus de 95 % des participants à l'essai clinique utiliseraient le test de nouveau

Résultats très similaires à ceux d'études effectuées dans des pays d'Afrique en 2017-2019



Des révisions au feuillet fourni dans la trousse atténueront certaines difficultés à prélever un échantillon sanguin approprié. Les questions et réponses ont été actualisées, de même que les coordonnées pour l'arrimage.

FRENCH

Autotest VIH

Mode d'emploi

Pochette de dispositif de test

Lancette

Pansement

Contenu

Pochette de dispositif de test

Lancette

Pansement

Bouteilles 1, 2, 3

Ne convient pas aux utilisateurs :

- De moins de 18 ans
- Suivant un traitement antirétroviral (TAR)
- Ayant participé à une étude portant sur un vaccin contre le VIH
- Présentant un trouble de coagulation
- Ayant peur des aiguilles

Avant de commencer

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

N'utilisez pas après la date d'expiration indiquée sur l'emballage extérieur.

N'utilisez pas le dispositif de test si la pochette a été endommagée.

N'ouvrez pas la pochette avant de commencer le test.

Laissez le test se réchauffer à la température ambiante s'il est conservé au réfrigérateur.

Préparation

Utilisez dans un endroit bien éclairé. Lavez et séchez vos mains.

Ouvrez la pochette du dispositif de test.

Retirez le capuchon de la bouteille 1. Placez sur une surface plane.

Placez le dispositif de test sur une surface plane.

Retirez le capuchon de la bouteille 1. Placez sur une surface plane.

Placez la lancette sur le côté du bout du doigt.

Appliquez un pansement adhésif.

Étape 1 : Prélever du sang

Si vous avez de la difficulté à prélever du sang, consultez la section Questions et réponses.

1. Dévissez la pointe et mettez-la de côté.

2. Frictionnez votre doigt et votre main JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT TIÉDES.

3. Placez la lancette sur le côté du bout du doigt.

4. Cliquez sur le bouton de la lancette.

5. Frictionnez votre doigt pour créer une GROSSE goutte de sang.

6. Laissez TOMBER une goutte dans la bouteille 1. Vissez le capuchon de la bouteille 1.

7. Appliquez un pansement adhésif.

Étape 2 : Test

Agitez et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.

1. AGITEZ QUATRE FOIS. VERSEZ EN TOTALITÉ.

2. AGITEZ QUATRE FOIS. VERSEZ EN TOTALITÉ.

3. AGITEZ QUATRE FOIS. VERSEZ EN TOTALITÉ.

4. AGITEZ et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.

5. AGITEZ et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.

6. AGITEZ et versez la totalité du liquide. Attendez que tout le liquide disparaisse.

Étape 3 : Lecture du résultat

Lisez le résultat immédiatement.

Négatif

Le résultat de votre test de VIH est négatif. Le résultat peut être inexact si vous êtes impliqué(e) dans une activité à risque élevée de contracter le VIH au cours des trois derniers mois.

Positif

La présence de deux points signifie que le résultat de votre test est positif. Vous êtes probablement séropositif (séropositive). Les résultats positifs DOIVENT être confirmés par un médecin.

Non valide

Votre test n'a pas fonctionné. Le point témoin doit apparaître pour indiquer que le test a été effectué correctement. RÉPÉTEZ le test avec une nouvelle trousse de test.

Usage prévu

L'Autotest VIH INSTI est un dosage immunologique in vitro pour la détection d'anticorps contre les virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et de type 2 (VIH-2) dans le sang total. Le test est destiné à être utilisé comme un autotest par des personnes de 18 ans et plus.

Élimination

Jeter avec les déchets ménagers ou en respectant la réglementation locale.

Mises en garde et précautions

- Les composants du test sont nocifs en cas d'ingestion en raison de la présence d'acide de sodium.
- Tous les échantillons de sang doivent être manipulés comme s'ils étaient susceptibles d'entraîner la transmission de maladies infectieuses.
- Gardez le test hors de portée des enfants.

Entreposage

- Entrepochez dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec entre 2 et 30 °C. NE PAS CONGELER.
- Ne pas entreposer à la lumière directe du soleil.
- Ne pas ouvrir la pochette du dispositif de test avant d'être prêt(e) à effectuer le test.

Questions et réponses

1. Qu'est-ce que le VIH et le SIDA?
Le VIH (virus d'immunodéficience humaine) est le virus responsable du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) s'il n'est pas traité. Lorsque une personne est infectée par le VIH, le virus commence à attaquer son système immunitaire, qui est la défense de l'organisme contre les maladies. En conséquence, cette personne devient plus sensible aux maladies et aux infections. Lorsque son organisme perd la capacité de lutter contre les maladies, cette personne reçoit un diagnostic de SIDA. Il n'y a pas de remèdes contre l'infection par le VIH. Le traitement contre le VIH est très efficace.

2. Comment peut-on contracter le VIH?
Le VIH se propage par contact avec le sang, le sperme, le liquide pré-éjaculatoire, le liquide rectal, les liquides vaginaux ou le lait maternel d'une personne infectée. La transmission peut provenir de rapports sexuels non sécuritaires. Cela peut également résulter d'une exposition à du sang par le partage de seringues ou d'aiguilles. Les femmes aux prises avec le VIH peuvent transmettre le virus à leurs bébés pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement maternel. Le VIH ne se transmet pas lorsque nous partageons des articles de tous les jours (comme de la nourriture, de la vaisselle) par la salive, un baiser oral, la préparation de la nourriture ou par l'intermédiaire de piqûres d'insectes.

3. Qu'est-ce qu'un anticorps?
Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire de votre organisme en réaction à des micro-organismes nuisibles, comme des virus et des bactéries. Leur but est de défendre l'organisme contre l'infection.

4. À propos du test
4.1. Comment l'Autotest VIH INSTI fonctionne-t-il?
L'Autotest VIH INSTI est un test sanguin conçu pour détecter les anticorps contre le VIH. Le résultat du test s'affiche avec un point (le point témoin) ou deux points (le point témoin et celui du test). Le point témoin est le point d'intégrité qui sert à montrer que le test a été effectué correctement. Le point de test ne sera visible que si l'échantillon de sang contient des anticorps contre le VIH. Le test s'effectue en ajoutant un échantillon de sang dans la bouteille 1. Cet échantillon dilué est ensuite versé dans le dispositif de test, suivi des solutions dans les bouteilles 2 et 3, versées séquentiellement.

5. À quel point le test est-il précis?
L'étude canadienne pour la validation de la détection des anticorps INSTI VIH-1/2-INSTI a démontré : une sensibilité clinique de 99,6%, ce qui signifie qu'en moyenne 996 résultats positifs sur 1 000 seront corrects. Une spécificité clinique de 99,3%, ce qui signifie qu'en moyenne 993 résultats négatifs sur 1 000 seront corrects. Dans une autre étude canadienne menée par des utilisateurs expérimentés, le pourcentage de concordance positif était de 100%. Cela signifie que tous les vrais sujets antirétroviraux ont eu un résultat positif dans le test. Le pourcentage de concordance négatif dans cette étude était de 99,3%. Cela signifie que 614/617 vrais sujets séronégatifs ont été identifiés comme négatifs par l'Autotest VIH INSTI.

6. Qu'est-ce qu'un résultat faussement positif?
Un résultat est faussement positif quand le résultat du test est positif, mais que le statut réel de la personne quant au VIH est négatif (non infecté).

7. Qu'est-ce qu'un résultat faussement négatif?
Un résultat est faussement négatif quand le résultat du test est négatif, mais que le statut réel de la personne quant au VIH est positif (infecté par le VIH).

8. À partir de quand ce test peut-il détecter le VIH?
Selon les études effectuées par BioPharm, l'INSTI est capable de détecter le VIH à la troisième génération et détecte les anticorps des classes IgM et IgG. Les anticorps IgM sont les premiers anticorps produits par l'organisme pour lutter contre le virus. Ils sont détectés dans les 21 à 28 jours après l'infection. Cependant, en fonction de la rapidité avec laquelle le système immunitaire d'une personne produit des anticorps contre le VIH, il se peut que le résultat du test soit négatif pendant un certain temps. Parfois, attendre jusqu'à trois mois avant d'obtenir un résultat positif. Vous pouvez obtenir un résultat positif (éventuellement négatif) au VIH au cours des trois derniers mois et que vos résultats soient négatifs. Vous devez effectuer un autre test au moins trois mois après votre exposition. Le délai entre l'exposition et le résultat du test d'un test peut donner correctement un résultat positif est appelé « fenêtre sérologique ».

9. Que dois-je faire si le résultat est négatif?
Un résultat négatif signifie que vous n'êtes pas infecté(e) par le VIH. Cependant, si vous n'êtes pas sûr(e) de votre résultat, vous devez vous adresser à un médecin pour effectuer un autre test. Quand le résultat est-il prêt à lire? Vous pouvez lire le résultat du test immédiatement ou dans l'heure qui suit la fin de la procédure du test. Assurez-vous que le point témoin est présent avant de lire votre résultat.

10. Que dois-je faire si le résultat est positif?
Un résultat positif signifie que vous êtes probablement infecté(e) par le VIH. Vous devez effectuer un autre test pour confirmer le résultat. Les résultats positifs doivent être confirmés par un test de laboratoire. Le VIH est évitable, vous n'avez peut-être pas encore transmis le virus à d'autres personnes. Vous devez effectuer un autre test.

11. Que dois-je faire si le résultat est positif? Un résultat positif est-il fiable?
Consultez un médecin dès que possible et informez-vous des options de traitement. Les résultats positifs doivent être confirmés par un test de laboratoire. Le VIH est évitable, vous n'avez peut-être pas encore transmis le virus à d'autres personnes. Vous devez effectuer un autre test.

12. Que dois-je faire si le résultat est négatif? Un résultat négatif est-il fiable?
Consultez un médecin dès que possible et informez-vous des options de traitement. Les résultats négatifs doivent être confirmés par un test de laboratoire. Le VIH est évitable, vous n'avez peut-être pas encore transmis le virus à d'autres personnes. Vous devez effectuer un autre test.

13. Que dois-je faire si le résultat est positif? Un résultat positif est-il fiable?
Consultez un médecin dès que possible et informez-vous des options de traitement. Les résultats positifs doivent être confirmés par un test de laboratoire. Le VIH est évitable, vous n'avez peut-être pas encore transmis le virus à d'autres personnes. Vous devez effectuer un autre test.

14. J'ai utilisé le test, mais aucun point n'est apparu. Que dois-je faire?
Assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat. Si aucun point n'est visible, vous n'avez peut-être pas effectué le test correctement ou vous n'avez peut-être pas encore transmis le virus à d'autres personnes. Vous devez effectuer un autre test.

15. Que dois-je faire si le résultat est positif? Un résultat positif est-il fiable?
Consultez un médecin dès que possible et informez-vous des options de traitement. Les résultats positifs doivent être confirmés par un test de laboratoire.

Combien de temps après un risque pour le VIH une personne devrait-elle effectuer le test : comprendre la période fenêtre

- La **période fenêtre**, c'est le temps entre l'infection par le **VIH** et le moment à partir duquel le dépistage donnera un résultat exact. Pendant la **période fenêtre**, une personne qui a le **VIH** et qui est très infectieuse pourrait cependant obtenir un résultat négatif au dépistage du **VIH**. La **période fenêtre** dans le cas d'un autotest de détection des anticorps au VIH est de 3 mois.
- Une personne peut effectuer le test dès que se sont écoulées trois semaines après l'exposition. Après une exposition, les anticorps peuvent mettre un certain temps avant d'atteindre un niveau détectable, donc l'utilisation de l'autotest plus tôt pourrait produire un résultat faux-négatif même si l'exposition a conduit à l'infection.
- Les autotests pour le VIH peuvent détecter des anticorps aussi tôt que trois semaines après une exposition. Cependant, chez certaines personnes, les anticorps ne deviennent pas détectables avant trois mois suivant l'exposition.
- Bref, bien qu'une personne puisse effectuer un test trois semaines après une exposition, si elle obtient un résultat négatif pour le VIH il ne sera pas possible avant trois mois suivant l'exposition d'écarter la possibilité d'avoir développé l'infection à VIH.

Dans quelles circonstances une personne devrait-elle s'autodépister pour le VIH?

- En l'absence d'occasion lors de laquelle une personne aurait pu être exposée au VIH, il n'y a aucun besoin de recourir à un dépistage du VIH.
- Le choix du moment d'effectuer un dépistage et de la méthode de dépistage relève d'une décision personnelle.
- Certaines personnes décideront de faire le dépistage fréquemment, d'autres pourraient le faire occasionnellement.
- Certaines personnes pourraient choisir de le faire seules, dans le lieu privé qu'elles choisiront.
- D'autres personnes pourraient désirer un certain soutien, avant ou après, voire pendant la procédure d'autodépistage.
- Toute personne devrait réfléchir soigneusement à la question de savoir si elle veut qu'une autre personne voie son résultat de test au même moment qu'elle. La personne devrait se sentir à l'aise et en sécurité avec quiconque serait présent lors de son dépistage, dans le lieu où elle l'effectuera; de plus, elle devrait savoir à qui s'adresser si elle a besoin de soutien à un moment ou un autre.
- *L'autodépistage vise à **réduire**, et non à augmenter, la stigmatisation souvent associée au dépistage du VIH.*

Comment une personne peut-elle obtenir de l'aide pour effectuer le dépistage?

Plusieurs mécanismes de soutien sont offerts aux individus qui ont besoin d'aide pour l'autodépistage :

- Feuille de mode d'emploi facile à suivre pour effectuer le dépistage, fourni dans chaque trousse d'autotest; incluant questions et réponses, et coordonnées pour contacter des services de soutien téléphonique.
- Vidéo du fabricant, à www.INSTI.com.
- Organismes communautaires de première ligne, cliniques de santé sexuelle et organismes en VIH.
- Programme national d'accès en ligne à des pairs, prévu débuter en septembre 2020.



Quel soutien un organisme communautaire peut-il fournir?

- **Éducation** : Certaines personnes pourraient souhaiter recevoir plus d'information sur le test, auprès d'un employé d'organisme communautaire local
- **Offre d'un espace pour l'autodépistage** : Un employé peut être présent pour guider la personne dans la procédure de dépistage et l'interprétation du résultat. Si la personne demande de l'aide pour effectuer son autodépistage, l'employé devrait uniquement guider l'utilisateur de l'autotest à l'aide du mode d'emploi fourni dans la trousse.
- **Autodépistage « supervisé » ou « assisté »** : Si ce service est offert, il est conseillé que l'employé :
 - **N'effectue pas** le dépistage pour le compte du client – et en particulier ne fasse pas la piqûre au doigt du client.
 - **N'indique pas** au client qu'il a le VIH; plutôt, il devrait se limiter à guider le client dans la partie du feuillet de la trousse portant sur l'interprétation du résultat, et à rappeler au client que l'autodépistage du VIH est un test initial qui, lorsque réactif, nécessite un test de confirmation.
- **Renvoi de référence** : Après l'autodépistage, fournir selon le besoin des références à des cliniques de dépistage pour un test de confirmation, ou à des services de prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou post-exposition (PPE), ou autres.
- **Soutien** : Rappeler à l'utilisateur de l'autotest que si son résultat est positif, **les personnes vivant avec le VIH qui obtiennent rapidement des soins et des traitements continuent à vivre longtemps et en bonne santé.**



Exemples de rôles potentiels d'organismes communautaires dans le soutien lié à l'autodépistage.*

- Promouvoir la connaissance de l'autodépistage.
- Distribuer des trousse d'autotest du VIH.
- Être une source d'information sur le dépistage du VIH pour les personnes de votre communauté (y compris celles qui n'ont jamais utilisé vos services auparavant). Aider les intéressés à naviguer les ressources appropriées et le suivi;
- Soutenir les personnes dont le résultat au dépistage est négatif, dans la prise de contact avec des services de prévention (c.-à-d. réduction des méfaits, PrEP, etc.) de leur région, et pour un soutien continu en matière de dépistage;
- Soutenir les personnes dont le résultat au dépistage est positif, dans l'arrimage aux soins et/ou l'accès à des services communautaires de leur région – p. ex., navigation facilitée par des pairs; fournisseurs de soins de santé;
- Soutenir le contrôle de la qualité des trousse d'autotest.

**Source : Evin Jones, Pacific AIDS Network*

Quelle allure **pourrait** prendre l'autodépistage du VIH au Canada?

Août 2020

- ✓ Autotests (AT) pour le VIH
- ✓ Arrimage aux soins
- ✓ Options pour l'accès
- ✓ Rendre les AT abordables

L'arrimage aux soins dans le contexte de l'autodépistage

Que devrait faire une personne qui a un résultat positif à l'autodépistage du VIH?

- L'autodépistage du VIH est un test de dépistage et tout résultat positif devra être confirmé par le Laboratoire de santé public, qui pourra confirmer ou écarter l'infection à VIH.
- Cependant, si une personne reçoit un résultat négatif à l'autodépistage alors qu'elle croit avoir été exposée au VIH dans les récentes 72 heures, elle devrait se rendre immédiatement au service des urgences le plus près, pour établir si elle est une bonne candidate pour recevoir une prophylaxie post-exposition (PPE). Un court délai pour commencer la PPE est très important : on doit l'amorcer dans les 72 heures suivant l'exposition.

Que devrait faire une personne qui a un résultat positif à l'autodépistage du VIH? (suite)

En tout temps pendant le processus d'autodépistage, on peut faire appel aux ressources suivantes :

- **Ligne provinciale d'info-santé sexuelle** : Peut aider la personne à trouver un service de test de suivi près de chez elle afin de confirmer son résultat.
- **Médecin de famille** : Peut effectuer le test de suivi/confirmation pour le VIH, et travailler avec la personne qui a reçu un résultat positif afin de commencer des soins et traitements.
- **bioLytical Laboratories** : La société qui produit l'autotest INSTI VIH a créé certaines ressources pour l'autodépistage. (www.INSTI.com)
- **CATIE** : Un centre national de ressources d'information sur le VIH et l'hépatite C.
Courriel : info@catie.ca; ou consulter <https://www.catie.ca>.
- **Organismes/services communautaires en matière de VIH/sida** : Ces organismes locaux fournissent du soutien à de nombreuses personnes vivant avec le VIH. Ils peuvent répondre à des questions et préoccupations. Il peuvent offrir du soutien émotionnel ainsi que du soutien pratique, y compris pour trouver un médecin ainsi que des programmes d'aide pour payer des traitements.
- **VIH411** : Cet outil en ligne offre de l'information sur les programmes locaux en VIH et en hépatite C.
<https://vih411.ca/>

Plateforme de télésanté

On•Call



Cryptage de calibre bancaire, pour la sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs



Offrira une expérience virtuelle de soutien par des connexions vidéo interactives avec des pairs navigateurs



Un identifiant anonyme vous permettra de demeurer en contact avec le soutien, sans dévoiler votre courriel ou numéro de téléphone


Avec le soutien et les conseils de ses partenaires de la communauté, le Centre PRATICS/MAP a recours à un service dédié de télésanté par le biais d'une plateforme en ligne bien établie, « OnCall », pour offrir un soutien virtuel de pairs navigateurs, lié à l'autodépistage.

Cette plateforme sécurisée offrant des services de soin par vidéo permettra de relier des pairs-navigateurs à des personnes qui souhaitent connaître leur statut VIH au moyen d'une trousse d'autotest, dans une expérience virtuelle. Une application pour mobile permettra à l'utilisateur d'accéder de façon anonyme à des ressources de soutien en ligne sans avoir à indiquer un numéro de téléphone ou une adresse de courriel, et dans le respect du droit à la confidentialité.

Améliorer le dépistage et l'arrimage aux soins



Dépistage au service des urgences



Dépistage en pharmacie



Pairs navigateurs



Télésanté



Approches par application pour mobile

Faits saillants du Plan d'action VIH du Centre PRATICS



On s'attend à ce qu'un 1^{er} autotest pour le VIH (*le test de sang INSTI*) reçoive une licence d'utilisation de Santé Canada au cours de l'été 2020



Le Centre PRATICS/MAP distribuera initialement 60 000 trousse INSTI VIH gratuites, par l'entremise d'organismes communautaires, d'ici octobre 2020



On s'attend à ce qu'un 2^e autotest pour le VIH (*test de frottis buccal Orasure*) reçoive une licence d'utilisation de Santé Canada en 2021



Le Centre PRATICS/MAP met en œuvre une plateforme de télésanté en ligne pour soutenir les individus dans l'autodépistage, grâce à des séances vidéo interactives avec des pairs navigateurs, par le biais d'organismes communautaires



REACH Enquête: l'auto-dépistage du VIH dans le contexte du COVID-19

Enquête en ligne (qui sera lancée prochainement) afin d'obtenir des informations auprès des intervenant·es de première ligne et du réseau communautaire dans tout le pays sur les connaissances au sujet de l'autotest du VIH, ainsi que sur les options d'accès et de soutien qui seront nécessaires pour aider les utilisateurs·trices visé·es à se faire dépister et à accéder aux soins de santé:

- Il s'agit de la première enquête réalisée au Canada pour comprendre l'accès et les liens à faire avec le réseau de soutien nécessaire pour mettre en place et diffuser l'autotest du VIH dans tout le Canada dans le contexte de la COVID-19. SVP veuillez remplir ce formulaire ! Et faites-le circuler à tout votre réseau !
- L'enquête prend environ 15 minutes à remplir - Les répondant·es à l'enquête pourront s'inscrire pour gagner une des cinq cartes-cadeaux VISA de 200\$.
- Un résumé des résultats de l'enquête sera partagé avec les fournisseurs·euses de services de première ligne, les organisations communautaires de lutte contre le VIH/sida et les décideurs·euses en matière de santé.

Quelle allure **pourrait** prendre l'autodépistage du VIH au Canada?

Août 2020

- ✓ Autotests (AT) pour le VIH
- ✓ Arrimage aux soins
- ✓ Options pour l'accès
- ✓ Rendre les AT abordables

Exemples d'accès aux autotests pour le VIH




Brésil : Dépistage anonyme au moyen d'autotests gratuits pour le VIH

- Site Web : information sur l'autodépistage du VIH, questionnaire
- Option de demander que la trousse d'autotest pour le VIH (oral ou sanguin) soit envoyée à la maison ou à la pharmacie

Résultats :

- 23 000 ont participé
- Nombre de demandes de tests plus élevée que prévue
- 31 % n'avaient jamais été dépistés
- 62 % avaient entre 18 et 28 ans
- Plus de 80 % avaient confiance au résultat du dépistage



eSTAMP : évaluation de l'autodépistage du VIH dans un projet pour HRSH

[hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes]

Tous les participants :


- Avaient accès à des ressources en ligne sur le dépistage du VIH et à du counseling téléphonique sur demande
- Ont répondu à des questionnaires trimestriels pendant un an

Les sujets du groupe autodépistage (AD) ont reçu 2 autotests oraux et 2 autotests sanguins pour le VIH et d'autres trousse sur demande; le groupe de contrôle n'a pas reçu de trousse d'autotest

Résultats :

- Le groupe AD a été dépisté 3x plus souvent que le groupe de contrôle
- Des 36 nouveaux cas de VIH identifiés :
 - 26 (72 %) étaient dans le groupe AD
 - ~50 % des cas d'infection étaient chez des participants qui n'avaient pas été dépistés dans l'année précédente. 9 personnes jamais dépistées auparavant
- Les membres du groupe AD ont fait état de 34 nouveaux cas de VIH identifiés parmi les membres de leurs réseaux sociaux avec qui ils avaient partagé des autotests

Kenya : joindre une population à risque élevé par des messages textes



- **2 262 camionneurs inscrits auprès d'un professionnel de la santé**
- **Répartis au hasard en 3 groupes :**
 - 3 texto re : autotest VIH oral offert dans des cliniques 
 - 1 texto re : autotest VIH oral offert dans des cliniques 
 - 1 texto re : information générale sur le dépistage du VIH 
- **Des personnes dépistées, 65 % ont choisi l'autodépistage et 36 % ont choisi le dépistage standard**
- **Mais 96 % ne se sont pas fait dépister...**

Initiative STAR : modèles de distribution au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe



Modèles de distribution :

628 705 autotests distribués par 3 modèles :


- **Communautaire : porte-à-porte, rue, marchés, etc.**
- **Milieu de travail**
- **Intégration dans les Services de dépistage du VIH (SDV)**



Résultats :

- **119 991 individus dans 11 sites de proximité et 1 site fixe : 85 % ont opté pour l'autodépistage – pas de différence selon le genre**
 - ~92 % dans des SDV, en milieu de travail, terminus d'autobus, haltes pour camions ont opté pour l'autodépistage, vs 62 % dans les foyers
 - 20 % étaient testés pour la première fois; plus d'hommes que de femmes
- **Hommes et adolescents contribuent de façon disproportionnée à la non-connaissance de son statut VIH parmi les PVVIH**

Exemples de moyens pour rendre le dépistage accessible




Innovation sociale en santé

- **Solution nouvelle et non conventionnelle développée par divers acteurs (communautés, société civile, secteur public, secteur privé) pour répondre à un défi de prestation de soins de santé en rendant le dépistage plus inclusif, efficace et abordable**
- **Doit être fiable du point de vue technologique et viable financièrement**
- **Adhésion ou travail en synergie avec le système de soins de santé**
- **Devrait avoir un effet positif au-delà de la santé, dans la vie des gens (équité, dignité, autonomisation)**



Autodépistage du VIH : innovation sociale

- **Faire profiter le suivant : la bonté c'est contagieux!**
- **Externalisation ouverte (*crowdsourcing*) pour une diffusion efficace du message** afin d'accroître l'utilisation du dépistage et la disposition à payer
- **Partenariats d'entrepreneuriat social** avec des ONG et des entreprises
- **Récompenser le statut sans VIH :**
 - Incitatifs économiques conditionnels (IÉC) pour des comportements de réduction des risques, pour le dépistage et pour l'observance dans la prise des médicaments
 - Pour optimiser l'efficacité du programme, les programmes d'IÉC doivent être conçus selon des facteurs contextuels et populationnels qui peuvent être déterminants de l'applicabilité de l'intervention et de son succès



Externalisation ouverte de messages pour promouvoir le recours au dépistage de la syphilis

Concours ouvert à tous :

- Conception d'un concours ouvert à tous, avec des leaders de la communauté des HRSH et des gestionnaires de sites Web
- Invitation à soumettre des vidéos de 30 secondes enregistrées au moyen d'un téléphone ou d'une caméra afin de promouvoir le recours au dépistage de la syphilis
- Soumissions examinées par un panel de cinéastes, experts en syphilis et leaders communautaires
- Les gagnants ont reçu un prix et leur vidéo a été en vitrine sur des sites Web pour HRSH

Résultats :

- Le concours en externalisation ouverte pour le dépistage de la syphilis a soulevé l'enthousiasme dans la communauté des HRSH
- Augmentation des connaissances sur la syphilis et les risques
- Vidéos gagnantes présentées sur des sites Web pour HRSH, mais on ne peut attribuer l'augmentation du dépistage uniquement au projet d'externalisation ouverte



Pay-it-Forward : la bonté c'est contagieux!

- Cliniques d'ONG et d'ITS pour HRSB à Guangzhou, Chine
- Les hommes se présentant pour un dépistage d'infections transmissibles sexuellement (ITS) ont été répartis au hasard entre les dépistages payants et gratuits de la chlamydia et de la gonorrhée
- À chaque homme du groupe de dépistage gratuit, on a dit que son test avait été payé par le client précédent. Puis on a demandé s'il serait disposé à payer le dépistage du prochain
- La communauté gaie et LGBTQ a participé à la conception et à la réalisation de l'étude



Résultats :

- 6 % des 201 hommes du groupe de dépistage payant ont accepté les dépistages de la chlamydia et de la gonorrhée, en comparaison avec 56 % des 205 hommes du groupe gratuit où l'on pouvait payer pour le suivant
- Des 121 hommes dépistés, 4 % étaient positifs pour la gonorrhée et 12 % pour la chlamydia
 - pour 97 (80 %) c'était le premier dépistage de la gonorrhée
 - pour 104 (86 %) c'était le premier dépistage de la chlamydia
- 97 (89 %) des 109 hommes dépistés dans le groupe payer-pour-le-suivant ont donné de l'argent pour le dépistage de futurs participants

À l'Assemblée mondiale de la santé de 2019, l'ONUSIDA a présenté cette initiative comme étant l'une des 12 innovations retenues de centaines d'initiatives soumises au Global Health Innovation Exchange.

Co-créer une approche pour l'avancement de l'ADVIH

Un nouveau paradigme en santé sexuelle : autonomie, vie privée, confiance

Options pour l'accès :

En ligne




Lieux commerciaux



Lieux communautaires



Établissements de santé



Options pour l'abordabilité :

Partenariat avec l'industrie



Entrepreneuriat social



Soutien communautaire



Occasion de joindre les personnes qui en ont le plus besoin par les options les plus abordables